

Biolinkedin® Protein A/G 免疫（共）沉淀试剂盒（凝胶法）

包装清单

名称	货号	包装
Protein A/G 免疫（共）沉淀试剂盒（凝胶法）	IK-1008	40T/Kit

产品概述

Biolinkedin® Protein A/G 免疫（共）沉淀试剂盒（凝胶法），包含足够完成 40 个反应的试剂，每个反应使用 25μL 凝胶。能够高效完成抗原免疫沉淀（IP）及免疫共沉淀（Co-IP）实验，抗体用量小于 10μg。

试剂盒中提供 Biolinkedin® Protein A/G 琼脂糖凝胶可以实现快速便捷的抗原分离。免疫（共）沉淀试剂盒配有经过优化预制的缓冲液，为免疫沉淀实验提供了最佳的反应条件，增强了免疫沉淀实验的稳定性。本产品可广泛应用于细胞裂解物、细胞分泌上清、血清、腹水等样品中抗原的免疫沉淀反应。

试剂盒组成：

Protein A/G 琼脂糖凝胶	1 mL
IP Lysis/Wash Buffer	100 mL
SDS-PAGE Sample Loading Buffer (5×)	10 mL
Phosphatase inhibitor cocktail (50×)	2 mL
PMSF (100×)	1 mL
Elution Buffer	5 mL
Neutralization Buffer	1 mL

操作流程

贴壁细胞样品：

1. 移去培养基，用 PBS 洗细胞两次。
2. 收集细胞至 1.5mL EP 管内 按比例加入 IP Lysis/Wash Buffer，同时加入 PMSF 等相应的抑制剂，混匀后置于冰上静置 5~20min（期间混匀几次）。
3. 4°C, 12000~16000xg, 10min 离心收集上清液，置于冰上以备后续实验（或置于-80°C长期保存）。

培养皿 IP Lysis/Wash Buffer 推荐使用体积：

培养皿大小/表面积	IP Lysis/Wash Buffer 体积
100 mm x 100 mm	500~1000μL
100 mm x 60 mm	100~300μL
6 孔板	100~200μL

悬浮细胞样品：

1. 4°C、500~1000xg、10min，收集细胞，弃上清。
2. 用 PBS 洗细胞一次，即用 PBS 将细胞团重悬，4°C、500~1000xg、5min，收集细胞，弃上清。
3. 用预冷的 IP Lysis/Wash Buffer 重悬细胞。每 50mg 细胞使用 500μL IP Lysis/Wash Buffer。同时加入 PMSF 等相应的抑制剂，混匀后置于冰上静置 5~20min（期间混匀几次）。
4. 4°C, 12000~16000xg, 10min 离心收集上清液，置于冰上以备后续实验（或置于-80°C长期保存）。

血清样品：

一般建议建议用 IP Lysis/Wash Buffer 稀释血清样品至目标蛋白终浓度为 50~150μg/mL，置于冰上备用（或置于-20°C长期保存）。

免疫复合物的制备

注意：样品所需的量和孵育时间均依赖于每个特定的抗体-抗原体系，因而可能需要优化才能得到最大产量。

以下实验方案针对 2~10μg 亲和纯化的抗体，根据需要可以按比例放大。

1. 在离心管中 将每个样品的细胞裂解液与 2~10μg 免疫沉淀抗体结合。每个免疫沉淀反应推荐的总蛋白量为 500~1500μg。
2. 用 IP Lysis/Wash Buffer 将抗体以及制备好的样品稀释至 300~500μL。
3. 在室温下孵育 1~2h，或 4°C 2~4h，以形成免疫复合物。

免疫沉淀：

注意：为保证凝胶均匀分布，使用前通过反复颠倒或轻微涡旋混匀瓶中凝胶。

1. 将 25μL 的 Biolinkedin® Protein A/G 琼脂糖凝胶加入 1.5mL 离心管中。
2. 向凝胶中加入 500μL 预冷 PBS，轻柔混匀。
3. 将离心管放入离心机中 1000rpm、5min 收集凝胶到离心管的底部，去除上清。
4. 向离心管中加入 200~500μL IP Lysis/Wash Buffer。颠倒离心管数次或轻微涡旋混匀 1min。将离心管放入离心机中 1000rpm，5min 收集凝胶到离心管的底部，去除上清。

- 将抗原样品/抗体混合物加入装有凝胶的离心管中，保持混匀室温下孵育 1~2h，或 4°C 2~4h。
- 离心 1000rpm，5min 收集凝胶，除去未结合的样品，保存以备分析。
- 向离心管中加入 1000μL IP Lysis/Wash Buffer，轻柔混匀 5~10min。收集凝胶，弃上清。再重复洗两次。
- 变性洗脱**：向离心管中加入 80~100μL SDS-PAGE Sample Loading Buffer (1×)，将样品置于 100°C 水浴或者金属浴中加热 10min。通过离心分离凝胶，保留含有目的抗原的上清。

备注:如需保持蛋白活性，也可采用以下洗脱方式。

低 pH 洗脱：向离心管中加入 100μL Elution Buffer。保持混匀在室温下孵育离心管 5~10min。通过离心分离凝胶，保留含有目的抗原的上清。每 100μL 洗出液中加入 20μL Neutralization Buffer 来中和低 pH。

注意事项

- 进行实验操作之前，请务必认真阅读本操作说明书。
- IP 实验中不同类型的抗体与抗原结合的亲和性是有区别的，抗体与抗原结合还会受到 IP Lysis/Wash Buffer 的影响，因此**可自行优化操作细节或者筛选及配制缓冲液进行实验**。
- 琼脂糖凝胶使用前应充分振荡均匀。凝胶应保存在储存溶液中，防止干燥。
- 低温运输，Protein A/G 琼脂糖凝胶、IP Lysis/Wash Buffer、Elution Buffer、Neutralization Buffer 于 **4°C 保存**，PMSF、Phosphatase inhibitor cocktail、SDS-PAGE Sample Loading Buffer 于 **-20°C 保存**。
- 本产品仅供科学研究使用。

相关产品

货号	产品名称
IK-1001	Protein A 免疫 (共) 沉淀试剂盒
IK-1002	Protein G 免疫 (共) 沉淀试剂盒
IK-1003	Protein L 免疫 (共) 沉淀试剂盒
IK-1004	经典 Protein A/G 免疫 (共) 沉淀试剂盒
IK-1005	Protein A 免疫 (共) 沉淀试剂盒 (凝胶法)
IK-1006	Protein G 免疫 (共) 沉淀试剂盒 (凝胶法)
IK-1007	Protein L 免疫 (共) 沉淀试剂盒 (凝胶法)
IK-1008	Protein A/G 免疫 (共) 沉淀试剂盒 (凝胶法)
IK-1201	Protein A 免疫 (共) 沉淀试剂盒 (Magarose)
IK-1202	Protein G 免疫 (共) 沉淀试剂盒 (Magarose)
IK-1203	Protein L 免疫 (共) 沉淀试剂盒 (Magarose)
IK-1204	Protein A/G 免疫 (共) 沉淀试剂盒 (Magarose)

问题解决

1. 抗原没有免疫沉淀下来

- 样品中所含的抗原过少，不足以被检测
建议：通过 SDS-PAGE 或蛋白免疫印迹验证裂解液中蛋白的表达和/或裂解效率；如果需要，加大样品量
- 抗体无法结合抗原
建议：选择另一种特异性抗体，或者选择另一种识别不同抗原表位的抗体。
- IP Lysis/Wash Buffer 中的成分干扰了抗原与抗体的结合
建议：使用其它缓冲液进行免疫沉淀和漂洗（例如，含有 0.5% CHAPS 的 TBS）

2. 获得的蛋白量低

- 蛋白质被降解
建议：加入蛋白酶抑制剂
- 所使用的凝胶量不够
建议：提高捕获免疫复合物所使用的凝胶量
- 样品中的目标蛋白量不够
建议：提高抗原样品量

3. 多条非特异条带

有非特异性的蛋白结合在凝胶上

建议：在 IP Lysis/Wash Buffer 中加入 50~350mM NaCl。加大洗脱力度和次数。

4. 凝胶易粘附管壁

建议：使用低吸附率的耗材进行凝胶操作。